# k体(金属等)持っていませんか?

内には常に強力な磁場があり、磁性体吸着や火傷(熱傷)事故が起きています。

## 磁性体(金属類など)のMR検査室内への持込みは厳禁です。 慣れていても、入室の前には再度確認を!

MR検査室内への患者搬入時や他の用件での入室時に、点滴台・ストレッチャー・ 酸素ボンベ等の大きなものから、ポケットに入れた事務用品・装身具等の小さなもの までMR装置に吸着される事故や、アルミ箔など貼付剤等に含まれる金属類が発熱し て火傷(熱傷)を負う事故も発生しています。

万が一吸着させてしまったら無理に引きはがそうとせず、 MR装置メーカーにご連絡下さい。





点滴台・Jバッグ



酸素ボンベ



ストレッチャー





• 事務用品



• はさみ



- 体温計 血圧計



サーモフレクト毛布 (アルミ裏打ち毛布)



- 医療用鋼製小物 (メス・留置針) 膿ぼん





• USB/SD/PC/ ACアダプター/ 外付けHDD 等



輸液ポンプ (とくにACアダプター)輸液ライン用キャップ



• MR検査で影響を受ける恐れのある医療

バケツモップ等





・パルスオキシメータ・バイタルサイモンモニタ



ペースメーカー プログラマー

• 脚立



• 掃除用具

## MR検査室入室前のチェックリスト

金属製または磁気に敏感な物品・素材がわからないものを 持っていたり、身につけていませんか? そのままMR検査室に 入室すると、吸着や火傷(熱傷)事故につながり大変危険です。

医療機関名称			
チェック年月日	年	月	日
確認者氏名			
受検者氏名			
付添人氏名			

#### 取り外しのできない金属類



- ・心臓ペースメーカ 及びリード
- 各種ステント
- 除細動器 • 刺激電極
- ・シャント



- 人工内耳
- 補聴器
- 脳動脈瘤 手術用クリップ





- 美容整形術で 植え込まれた 金糸等
- 永久アイライン



- 義時
- 骨折治療用金属 ボルト
- ・プレートロット ・チタン以外の人
- 工骨·関節



ている人 • インプラント

• 磁力装着義眼

・ 金属加工等の仕


事に勤務した経

験や事故などで

体内(特に眼)に

金属片/粉が入っ

- 差し歯
- 本格矯正装置
- ・歯科用磁性インプラント



厚生労働省医薬食品局:「磁気共鳴画像診断装置に係る使用上の注意の改訂について」 薬食安発0520第2号/薬食機発0520第5号(2013)

体内に植込み又は留置する医療機器等について



- (マルチブラケット システム)

### 取り外しのできる金属類・化粧品等 (不明な場合はそれぞれの商品の製造元にお問い合わせください。)



- カラー コンタクトレンズ
- アイシャドー



- つけまつげ
- ・マスカラ



めがね



- ・かつら
- ・ウイッグ
- ヘアエクステンション
- 増毛スプレー



- UVケア用品(クリーム・ スプレー・パウダーを含む)
- ・金属イオン類を含んだ化粧品 ファンデーション(下地・保湿
- クリーム・パウダーを含む)
- ・温熱・温感クリーム



・ヘアピン バレッタ(髪止め)



- アクセサリー
- 指輪・ピアス (ボディピアス)



- ・ネイルアート ・ジェルネイル
- アクリルネイル
- つけ爪
- マニキュア



• ホック・ファスナー 等金属の付いた 衣類や下着



- 金属糸の入った 衣類
- 下着(インナー) 保温用下着· 矯正下着等)



・ブラジャー



- ・エレキバン
- カイロ各種
- 各種貼付剤
- ・ニトロダーム テーピング



- ・ 松葉杖 (全木製以外)
- 杖



・ 筋力トレーニング等 のウェイト(砂のう)



- 携帯電話 ・スマートフォン
- ・タブレット



マスク(金属の 入っているもの)



磁気カード (IDカード・ 銀行カード・ クレジットカード等)



• ポケットナイフ



- 時計 • 金属小物
- ライター



- ・財布・紙幣クリップ • 小銭・コイン・メダル



安全ピン • ゼムクリップ



•ペン • 鉛筆



• かぎ



その他素材の わからないもの

- 自由記入欄(追加項目があれば記載)
- 自由記入欄(追加項目があれば記載)
- 自由記入欄(追加項目があれば記載)
- 自由記入欄(追加項目があれば記載)
- ©一般社団法人日本画像医療システム工業会 2007-2015 All rights reserved. S2802-10(6)